Blau-Metall
Ihr Partner für Analysensiebe

Werksbescheinigung 2.1

Nach DIN EN 10 204

ANALYSENSIEB • TEST SIEVE

Gefertigt und geprüft nach den folgenden Toleranzen / Certificate of Compliance with the following Tolerances

Lochmaße: **Aperture Dimensions:**	3,00 mm (± 0,11 mm)

Dieses Blau-Metall Analysensieb wurde unter Einhaltung der oben genannten Toleranzen gefertigt und seine Maßhaltigkeit mittels normkonformer Messmethode ermittelt. Das Analysensieb entspricht in seinen Toleranzen dem auf dem Typenschild genannten Standard.

This Blau-Metall test sieve was manufactured in compliance with the tolerances shown above and its dimensional stability was determined using an applicable measurement method. The test sieve tolerances match the standard of the test sieve label.



Seriennummer	Datum	Prüfer
---	12.10.2019	P.Blau

Das zu diesem Analysensieb gehörende Abnahmeprüfzeugnis 3.1, welches den Prüfbericht mit den in den jeweiligen Normen nachzuweisenden Kenngrößen beinhaltet, wird von uns für mindestens ein Jahr gespeichert und kann problemlos unter Angabe der Fertigungsnummer nachbestellt werden.

Als Prüf- und Messmittel sind Analysensiebe im Betrieb regelmäßig zu überprüfen. Eine Re-Zertifizierung von Analysensieben mit Ausstellung eines Abnahmeprüfzeugnisses 3.1 wird von Blau-Metall als Service angeboten.

Weitere Informationen unter analysensiebe.de

Händlerstempel

Blau-Metall
Inhaber: Thomas Blau
Am Morgenberg 1a
07819 Triptis (Germany)

Blau-Metall
Ihr Partner für Analysensiebe

☎ +49 36482 32403 (German Only)

info@analysensiebe.de (German & English)