

NORM DIN ISO 5223	ANALYSENSIEB-STAMMKARTE	Datum:	20.02.2018
		Hersteller:	Blau-Metall
SIEBNUMMER 00-000	NENNLOCHWEITE 3,55 x 20,0 mm	Prüfer	P. Blau
		Zertifikat:	5.3.2
		Werksbescheinigung 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>
		Abnahmeprüfzeugnis 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>
		Kalibrierungszertifikat 3.1	<input type="checkbox"/>

Datum	Einsatzhäufigkeit	Nennlochweite	Lochteilung	Zertifikat
20.02.2018	Neu	innerhalb der Grenzabmaße $\pm\Delta w_1 / \pm\Delta w_2$	innerhalb der reduzierten Grenzabmaße $\pm\Delta p_1 / \pm\Delta p_2$	Ja (2.1, 3.1)

ANMERKUNG: Der Anwender muss sicherstellen, dass ein gebrauchtes Analysensieb entsprechend der Verwendung in Intervallen, die dem Grad der Beanspruchung des Siebes entsprechen, erneut überprüft wird.